

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“Adquisición de Analizador Automático de Química para LaboUASD.”

Cantidad	Descripción
01	Analizador Automático de Química A15 BIOSYSTEMS.

LOS INTERESADOS DEBERAN PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS
CON SU COTIZACION:

- Alta calidad de los productos ofertados y servicios ofertados (optimo).
- Constancia de Registro de Proveedor del Estado (**RPE**), emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
- Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (**DGII**), DONDE MANIFIESTE QUE EL Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.
- Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (**TSS**), donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.
- Las condición de pago es Crédito a 30 días después de recibida la factura, el solo hecho de presentar su cotización significa que acepta estos términos de pago incluso si su cotización no lo estipula. (**OBLIGATORIO**)
- Su cotización debe desglosar cantidad, unidad medida, precio unitario, sub-total, ITBIS transparentado y total general. (**OBLIGATORIO**)
- Su cotización debe estar a nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (RNC: 401004194). (**OBLIGATORIO**)
- El transporte de los bienes y/o productos ofertados corre por la cuenta y responsabilidad exclusiva del oferente que resulte adjudicatario del proceso. (**OBLIGATORIO**)
- **Garantía de lo ofertado.**
- **Incluir Servicio de Instalación. (Si procede)**
- Las ofertas pueden ser enviadas al correo compraysuministro@uasd.edu.do o directamente al Portal Transaccional. (**Opcional**)
- **Método de Evaluación: Calidad por precio.**
- **Disponibilidad de crédito a 30 días.**

CRONOGRAMA DE ENTREGA:

El oferente tendrá que cumplir con el siguiente cronograma de entrega a partir de la notificación de adjudicación.

Item No.	Tiempo de Entrega en días hábiles	Cantidad	Descripción de los Bienes
1	15 días laborales.	01	Analizador Automático de Química A15 BIOSYSTEMS.

Preparado por:

Revisado por:



Sr. Ilanet Emiliano Canela Melenciano
Supervisor de la Sección Compras y Contrataciones



Descripcion

ANALIZADOR AUTOMATICO DE QUIMICA A15 BIOSYSTEMS

- * CAT. 83105-KIT
- * SISTEMA RANDOM ACCESS DE ULTIMA GENERACION
- * ANALIZA QUIMICA Y TURBIDIMETRIA
- * RAPIDO 150 PRUEBAS/HORA
- * DETECTA NIVEL DE LIQUIDOS
- * ROTOR DE LECTURA REUSABLE
- * PROGRAMA EN ESPAÑOL DE FACIL USO
- * PROGRAMA PARA CONTROL DE CALIDAD
- * FORMACION EN PANTALLA EN TIEMPO REAL
- * MANTENIMIENTO MEDIANTE SOFTWARE
- * DILUCION AUTOMATICA DE MUESTRAS PATOLOGICAS
- * ACEPTA MUESTRAS DE EMERGENCIA (STAT)
- * ACEPTA HASTA 120 TUBOS Y 50 REACTIVOS
- * INCLUYE COMPUTADOR, PRINTER, MONITOR y UPS
- * ALIMENTACION ELECTRICA 110V/ 60HZ

